

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

Sigurna njega invazivno ventiliranog pacijenta

KADA OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provjere – na početku smjene, tijekom smjene
2. Procjena i praćenje pacijenta – na početku smjene, tijekom smjene

KAKO OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provjere

- Pripremite ručnu reanimacijsku vrećicu, masku i funkcionalnu sukciju
- Provjerite / zabilježite dubinu uvođenja ETT-a (da biste mogli brzo prepoznati ako dođe do pomaka)
- Provjerite da se oko ETT-a ne čuje pištanje, krklijanje ili vokalizacija
- Provjerite jesu li svi spojevi u krugu respiratora (uključujući i spojeve prema ETT-u) fiksirani
- Pobrinite se da je spojena SpO₂ sonda / na monitoru se prikazuje SpO₂



2. Procjena i praćenje pacijenta

- Sekret u dišnim putevima: slušno, opipom i vizualno (u ETT-u) pratite prisutnost sekreta, alarm na respiratoru često se uključuje zbog sekreta
- Sekret izaziva pad razine kisika i zahtjeva sukciju
- Pozicioniranje: pobrinite se da zaglavljje kreveta uvijek bude na 30 stupnjeva (osim ako pacijent ne leži na trbuhu)
- Mijenjajte položaj svaka 2-4 sata (12-16 sati ako pacijent leži na trbuhu)



Sedacija i bol: provjerite razinu sedacije svaka 2-4 sata, češće ako je riječ o bolusu

- Alarm na respiratoru može upozoriti na slabljenje sedacije – dajte sedativ radi boljeg podnošenja ventilacije / sprječavanja agitacije
- Pacijenti na respiratoru osjećaju bol (ali to ne mogu verbalizirati), a mnogi sedativi nemaju analgetička svojstva – ne zaboravite na analgeziju

Njega usne šupljine – uklonite sekret i namočite usta i usne svaka 4 sata; pranje zuba 1-2 X na dan

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Respirator se odvojio: odmah ponovno spojite pacijenta
2. SpO₂ <90%: provjerite točnost očitanja, ZOVITE POMOĆ ako potraje >1-2 minute
3. Alarm na respiratoru – NIKAKO ne ignorirajte / ne stišavajte – odmah POZOVITE POMOĆ ako pacijentu pada saturacija; POZOVITE radi provjere ako je pacijent stabilno
4. Sedacija slabi i pacijent postaje opasno nemiran – odmah POZOVITE POMOĆ da spriječite vađenje ETT-a